

**Meister Strömungstechnik GmbH**  
**Im Gewerbegebiet 2**  
**63831 Wiesen**  
**Germany**

## **EU - Konformitätserklärung**

**im Sinne der EU-Richtlinie 2014/34/EU**  
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen  
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/34/EU erfüllen und als nichtselbständige Geräte zum Einbau in eine Maschine oder in eine Anlage bestimmt sind, wobei ihre Inbetriebnahme solange untersagt ist, bis sichergestellt wurde, dass die Gesamtmaschine oder Anlage den Bestimmungen der einschlägigen EU-Richtlinien entspricht.

### **Schwebekörper-Durchflussmesser der Typenreihe RVM/UA-L2 30x70**

für die Messung und Überwachung von kontinuierlichen Volumenströmen von Gasen, geeignet für Verwendung mit explosionsgeschützten Grenzwertkontakten mit der Bezeichnung SEM-A und / oder SEM-E (Baumusterprüfung PTB 03 ATEX 2154 X).  
Für diese Kontakte existiert eine separate Konformitätserklärung.

Die Schwebekörper-Durchflussmesser der Typenreihe RVM/UA-L2 30x70 entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU und sind wie folgt kategorisiert:

**Innenbereich des Durchflussmessers (Medium):**

Gerätegruppe II, Kategorie 2 G, für Gase der Explosionsgruppe IIB, Temperaturklasse T4, T5, T6

Kennzeichnung: Innenbereich  II 2G Ex h IIB T4, T5, T6 Gb

**Außenbereich des Durchflussmessers (Umgebung):**

Gerätegruppe II, Kategorie 2 G oder 2 D, für Gase der Explosionsgruppe IIC oder Stäube IIIC, Temperaturklasse T4, T5, T6 oder T135°C, T100°C, T80°C

Kennzeichnung: Außenbereich  II 2G Ex h IIC T4, T5, T6 Gb

 II 2D Ex h IIIC T135°C, T100°C, T80°C Db

Im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens wurde festgestellt, dass keine wirksamen Zündquellen existieren, wenn das Gerät bestimmungsgemäß, unter Einhaltung aller Festlegungen in der Betriebsanleitung RVM/UA-L2 30x70 Modul BASICS und RVM/UA-L2 30x70 Modul ATEX, betrieben wird. Die Firma Meister Strömungstechnik GmbH bringt deshalb die Ex-Kennzeichnung in Eigenverantwortung an.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der Richtlinie 2014/34/EU wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

**Harmonisierte Europäische Normen:**

**DIN EN ISO 80079-36:2016**

**Explosionsfähige Atmosphären - Teil 36: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Grundlagen und Anforderungen**

**DIN EN ISO 80079-37:2016**

**Explosionsfähige Atmosphären - Teil 37: Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären - Schutz durch konstruktive Sicherheit "c", Zündquellenüberwachung "b", Flüssigkeitskapselung "k"**

**EN 1127-1:2019**

**Explosionsfähige Atmosphären-Explosionsschutz, Teil 1: Grundlagen und Methodik**

Die Kopien der technischen Unterlagen der Konformitätsbewertung sind hinterlegt bei folgender benannter Stelle:

**Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH**

**Businesspark A96, 86842 Türkheim, Germany**

**Nummer der benannten Stelle: 2004**

**Hinterlegungsnummer: 11TH0271**

Ort und Datum/  
Place and date

Wiesen, den 19.06.2020

Name und Unterschrift der befugten Person  
Name and signature of authorized person



Simon Mill  
Geschäftsführer / Managing Director

MASTERPIECES  
MADE IN GERMANY